ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุง เกณฑ์ และวิธีการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงออกประกาศ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๘"

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

"รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน" หมายความว่า รถหรือยานพาหนะทางบก ทุกชนิดยกเว้นรถไฟหรือรถราง ที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน

"ปฏิบัติการฉุกเฉิน"หมายความว่า การปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินนับแต่การรับรู้ถึงภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงการดำเนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบำบัด รักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการประเมิน การจัดการ การประสานงาน การควบคุม ดูแล การติดต่อสื่อสาร การลำเลียงหรือขนส่ง การตรวจวินิจฉัย และการบำบัดรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล

"หน่วยปฏิบัติการ" หมายความว่า หน่วยงานหรือองค์กรที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยได้รับการอนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือหน่วยปฏิบัติการอำนวยการตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ พ.ศ.๒๕๖๕

"สพฉ." หมายความว่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

"เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ข้อ ๕ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

(๑) ประเภทลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน หมายความว่า รถที่ใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการขนย้ายลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยต้องมีเตียงและมีพื้นที่ภายในรถที่มีขนาดเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการแพทย์ต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน

(๒) ประเภทไม่ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน หมายความว่า รถที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการขนย้ายลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน

ข้อ ๖ รถที่จะขอรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ต้องมีลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนดดังต่อไปนี้

(๑) จดทะเบียนในนามหน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคล หรือบุคคลที่มีบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาใช้รถในการปฏิบัติการฉุกเฉินกับหน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลที่เป็นหน่วยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาล

(๒) จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ หรือพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ โดยได้รับการต่อทะเบียนและชำระภาษีรถยนต์ประจำปี กรณีที่เป็นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินประเภทลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องจดทะเบียนเป็นรถพยาบาล หากจดทะเบียนเป็นรถประเภทอื่นที่มีการดัดแปลงสภาพรถยนต์ให้เป็นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินต้องดำเนินการโดยบริษัทที่ประกอบกิจการทำการดัดแปลงรถยนต์และจะต้องได้รับใบรับรองการดัดแปลงสภาพรถยนต์ จากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป

(๓) มีการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจโดยมีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ อยู่ ณ วันที่ขอรับรอง

(๔) การขอรับรองเป็นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินครั้งแรก รถต้องมีอายุไม่เกิน ๗ ปี นับจากวันที่จดทะเบียน

(๕) มีลักษณะเฉพาะ และลักษณะด้านความปลอดภัยตามที่กำหนดในผนวกแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๗ หน่วยปฏิบัติการแพทย์ที่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่ หรือรับผิดชอบพื้นที่ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศที่ยากลำบากในการลำเลียงหรือขนส่งเพื่อการปฏิบัติการฉุกเฉิน อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดหารถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีลักษณะครบถ้วนตามเกณฑ์ข้อ ๖ (๑) ถึง (๔) ได้ หน่วยปฏิบัติการแพทย์นั้นอาจจัดให้มีพาหนะสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศที่ยากลำบากในการลำเลียงหรือขนส่งเพื่อการปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ่งมีลักษณะครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.๔ ตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้ โดยผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการแพทย์นั้นมีหน้าที่ในการยื่นคำร้องพร้อมแสดงเหตุผล รวมถึงรายละเอียดของพาหนะที่จำเป็นต้องใช้ในพื้นที่ดังกล่าวต่อสำนักสาธารณสุขจังหวัดที่หน่วยปฏิบัติการแพทย์มีภูมิลำเนาตั้งอยู่เพื่อพิจารณาว่ามีเหตุผลความจำเป็นและพิจารณาว่าพาหนะดังกล่าวมีลักษณะครบถ้วนหรือไม่ และเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จให้เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณารับรองต่อไป

ข้อ ๘ หน่วยงานหรือองค์กรที่จะขอรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่อยู่ในสังกัด จะต้องเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นหน่วยปฏิบัติการตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๒) เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการ และได้ยื่นแบบแสดงความพร้อมขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการในประเภทหรือระดับใดระดับหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว แต่ยังขาดลักษณะความพร้อมเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

(๓) สพฉ.

ข้อ ๙ ให้การรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการตามข้อ ๘ (๑) ดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นแบบคำร้องขอรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามแบบฟอร์มและช่องทางที่ สพฉ. กำหนด ต่อหน่วยงานดังต่อไปนี้

ก. หน่วยปฏิบัติการในเขตพื้นที่จังหวัดใด ให้ยื่นต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ข. หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

(๒) ให้หน่วยงานรับเรื่องตาม (๑) จัดให้มีการตรวจสอบรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามเกณฑ์ในข้อ ๖ ตามแบบที่กำหนดในผนวกแนบท้ายประกาศนี้ และส่งผลการตรวจสอบมายัง สพฉ. ตามช่องทางที่กำหนด

(๓) ให้ สพฉ. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของผลการตรวจสอบลักษณะรถ และเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และดำเนินการดังนี้

ก. กรณีมีผลการตรวจสอบลักษณะรถ เอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน จะเสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ข. กรณีมีผลการตรวจสอบลักษณะรถ เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งกลับหน่วยปฏิบัติการที่ยื่นเพื่อดำเนินการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ และให้ส่งกลับ สพฉ. ภายในสามสิบวันหลังจากได้รับแจ้ง หากผู้ยื่นไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ยื่นไม่ประสงค์จะดำเนินการขอรับรองสำหรับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินคันนั้นต่อไป

(๔) รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินคันใด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว สพฉ. จะดำเนินการออกหนังสือรับรอง และแจ้งกลับไปยังหน่วยงานรับเรื่องตาม (๑) ตามช่องทางที่ สพฉ. กำหนด

ข้อ ๑๐ ให้การรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยงานหรือองค์กรตามข้อ ๘ (๒) ที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐานและระดับสูง แต่ไม่รวมถึงหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นนิติบุคคลในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านปฏิบัติการแพทย์ซึ่งไม่เป็นสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ดำเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นแบบแสดงความจำนงขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐานหรือระดับสูง และแบบคำร้องขอรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมแนบหลักฐานประกอบตามแบบฟอร์มและช่องทางที่ สพฉ. กำหนด ต่อหน่วยงานที่รับเรื่องการขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการตามประเภทและระดับ ดังต่อไปนี้

ก. หน่วยงานหรือองค์กรในเขตพื้นที่จังหวัด ให้ยื่นแบบคำร้องขอรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ข. หน่วยงานหรือองค์กรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นแบบคำร้องขอรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินต่อศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

(๒) ให้หน่วยงานรับเรื่องตาม (๑) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น ดังนี้

ก. เอกสารการขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการ ให้หน่วยงานรับเรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร หากพบว่ายังมีเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบอื่นที่ยังไม่ครบถ้วนให้แจ้งหน่วยงานหรือองค์กรที่ยื่นขอให้ดำเนินการนำส่งเอกสารให้ครบถ้วน

ข. เอกสารการขอรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้หน่วยงานรับเรื่องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร

(๓) ให้หน่วยงานรับเรื่องตรวจประเมินตามแนวทางการตรวจประเมินเพื่อการอนุมัติหน่วยปฏิบัติการและให้มีการตรวจสอบรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามเกณฑ์ในข้อ ๖ ในคราวเดียวกัน

(๔) ให้หน่วยงานรับเรื่องส่งผลการตรวจสอบลักษณะรถ และเอกสารและหลักฐานประกอบการขอรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินมายัง สพฉ. ตามช่องทางที่กำหนด

(๕) สพฉ. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารผลการตรวจสอบลักษณะรถ และหลักฐานประกอบการขอรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และดำเนินการดังนี้

ก. กรณีมีผลการตรวจสอบลักษณะรถ และเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาให้การรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ข. กรณีมีผลการตรวจสอบลักษณะรถ แต่เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งกลับหน่วยงานรับเรื่องเพื่อดำเนินการแจ้งหน่วยงานหรือองค์กรที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเกณฑ์ และให้ส่งกลับ สพฉ. ภายในสามสิบวันหลังจากได้รับแจ้ง หากผู้ยื่นไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ยื่นไม่ประสงค์จะดำเนินการขอรับรองสำหรับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินคันนั้นต่อไป

(๖) เมื่อรถของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นได้รับการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว ให้ สพฉ. แจ้งต่อหน่วยงานที่รับเรื่องตาม (๑) ทราบ และให้หน่วยงานรับเรื่องดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการต่อไป

(๗) ฐานข้อมูลรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการรับรองในกรณีนี้จะถูกบันทึกในระบบฐานข้อมูลเมื่อหน่วยปฏิบัติการนั้นได้รับการอนุมัติและขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยปฏิบัติการแล้ว

ข้อ ๑๑ ให้การรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยงานหรือองค์กร ตามข้อ ๘ (๒) ที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน และระดับสูงที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นนิติบุคคลในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านปฏิบัติการแพทย์ซึ่งไม่เป็นสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง และหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ ดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นแบบคำร้องขอรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมแนบหลักฐานประกอบต่อ สพฉ. ตามแบบฟอร์มและช่องทางที่กำหนด

(๒) สพฉ. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น ดังนี้

ก. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการ หากพบว่ายังมีเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบอื่นที่ยังไม่ครบถ้วนให้แจ้งหน่วยงานหรือองค์กรที่ยื่นขอให้ดำเนินการนำส่งเอกสารให้ครบถ้วน

ข. ตรวจตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารการขอรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

(๓) สพฉ. จัดให้มีการตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการตามแนวทางการตรวจประเมินเพื่อการอนุมัติหน่วยปฏิบัติการ และให้มีการตรวจสอบรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามเกณฑ์ในข้อ ๖ ในคราวเดียวกัน และดำเนินการดังนี้

ก. กรณีมีผลการตรวจสอบลักษณะรถ เอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาให้การรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ข. กรณีมีผลการตรวจสอบลักษณะรถ เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งกลับหน่วยงานหรือองค์กรที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเกณฑ์ และให้ส่งผลการดำเนินการให้ สพฉ. ภายในสามสิบวันหลังจากรับเรื่อง หากผู้ยื่นไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ยื่นไม่ประสงค์จะดำเนินการขอรับรองสำหรับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินคันนั้นต่อไป

(๔) เมื่อรถของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ได้รับการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว ให้ สพฉ. ดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการต่อไป

(๕) ฐานข้อมูลรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการรับรองในกรณีนี้ จะถูกบันทึกในระบบฐานข้อมูลเมื่อหน่วยปฏิบัติการนั้นได้รับการอนุมัติและขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยปฏิบัติการแล้ว

ข้อ ๑๒ ให้ สพฉ. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้การรับรองมาตรฐานตามประกาศนี้ และให้มีความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาล ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้

ข้อ ๑๓ สพฉ. ให้การรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีอายุคราวละ ๔ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการรับรอง และให้สามารถต่ออายุการรับรองได้ ตามวิธีการและช่องทางที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ โดยสามารถยื่นต่ออายุล่วงหน้าได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันหมดอายุการรับรอง

รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่จะขอต่ออายุการรับรองมาตรฐาน ต้องมีอายุไม่เกิน ๑๒ ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

ข้อ ๑๔ ให้หนังสือรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีรูปแบบตามที่ สพฉ. กำหนด ทั้งนี้ สพฉ. อาจออกหนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ ๑๕ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับการรองแล้ว ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่อ สพฉ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

(๑) เปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือเปลี่ยนผู้ครอบครอง

(๒) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้รถ

(๓) เปลี่ยนแปลงหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งกรณีย้ายเข้าและย้ายออก โดยให้หน่วยปฏิบัติการที่รับย้ายเข้าดำเนินการยื่นขอรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ต่อไป

ข้อ ๑๖ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว อาจถูกยกเลิกการรับรองมาตรฐานได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) หน่วยงานหรือองค์กรที่ไม่ผ่านการอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการ หรือพ้นสภาพจากสถานะการเป็นหน่วยปฏิบัติการ ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ พ.ศ.๒๕๖๕

(๒) มีการตรวจพบหรือความปรากฏภายหลังว่ารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่มีลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้

(๓) รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามข้อ ๑๕ ที่ไม่ดำเนินการตามที่กำหนด

ข้อ ๑๗ กรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรหรือหน่วยปฏิบัติการ มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องใช้รถที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อ ๖ (๓) (๔) หรือ (๕) ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือไม่เป็นไปตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ให้ผู้มีอำนาจของหน่วยงานหรือองค์กรหรือผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการยื่นคำร้องและแสดงเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เพื่อพิจารณาว่ามีเหตุผลความจำเป็น และเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จให้เสนอมายังเลขาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป

ในส่วนของหน่วยงานหรือองค์กรในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านปฏิบัติการแพทย์ซึ่งไม่เป็นสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรือหน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทางให้ยื่นคำร้องขอและแสดงเหตุผลความจำเป็นต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อ ๑๘ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เคยได้รับการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และยังคงใช้ออกปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ให้ถือว่าเป็นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามประกาศนี้ต่อไปจนถึงวันหมดอายุเดิมและมีสิทธิต่ออายุต่อไปได้ตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๑๙ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับการรับรองแล้ว ให้ดำเนินการยื่นการขอติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบแสงแดงและน้ำเงิน และเสียงสัญญาณไซเรน ตามข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การขออนุญาตและใช้สัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้แจ้งการได้รับอนุญาตดังกล่าวต่อ สพฉ. ตามช่องทางที่กำหนด

ข้อ ๒๐ ให้เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้และมีอำนาจในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรืออากาศเอก

(อัจฉริยะ แพงมา)

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ผนวกแนบท้ายประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เรื่อง เกณฑ์ วิธีการและแนวทางการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๘

รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่จะขอรับรองมาตรฐานจะต้องมีลักษณะเฉพาะและลักษณะด้านความปลอดภัย ดังนี้

๑. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประเภทลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นรถที่ใช้ในการปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการขนย้ายลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยต้องมีเตียงและมีพื้นที่ภายในรถที่มีขนาดเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการแพทย์ต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน มีลักษณะเฉพาะและลักษณะด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้

๑.๑ ลักษณะภายนอก

๑.๑.๑ เป็นรถตู้ หรือรถกระบะ หรือรถบรรทุก ดัดแปลงให้เป็นรถที่มีลักษณะในการติดตั้งเตียงในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการติดตั้งหลังคาด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑.๒ ตัวถังของรถเป็นสีขาว

๑.๑.๓ ติดฟิล์มกรองแสงเพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ป่วย

๑.๑.๔ ด้านหลังรถมีประตู สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าและออกจากรถได้สะดวก

๑.๑.๕ ส่วนท้ายสุดด้านบนติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดปรับทิศทางได้

๑.๑.๖ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบแสงแดง-น้ำเงิน โดยไฟสัญญาณวับวาบแสงแดงจะต้องอยู่ฝั่งขวาเหนือศีรษะของผู้ขับขี่แสงสีน้ำเงินอยู่ฝั่งซ้ายเหนือศีรษะของผู้ขับขี่ และเสียงสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยการติดตั้งดังกล่าวต้องดำเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๒ ลักษณะภายใน

๑.๒.๑ มีผนังกั้นระหว่างห้องคนขับและห้องปฏิบัติการที่มีความแข็งแรง ปลอดภัย และสามารถสื่อสารระหว่างห้องคนขับและห้องปฏิบัติการได้

๑.๒.๒ มีระบบระบายอากาศที่สามารถกรองอากาศที่ฆ่าเชื้อและกรองฝุ่นละออง โดยติดตั้งพัดลมไฟฟ้าหรือเครื่องระบายอากาศในห้องปฏิบัติการ โดยที่ติดตั้งด้านบนของห้องปฏิบัติการ

๑.๒.๓ มีการติดตั้งระบบปรับอากาศในห้องคนขับและห้องปฏิบัติการ แยกควบคุมแอร์ทั้งสองห้อง กรณีที่รถมีระบบปรับอากาศเดียวไม่สามารถแยกระบบปรับอากาศของห้องคนขับออกจากห้องปฏิบัติการได้ จะต้องมีกลไกในการป้องกันมิให้อากาศในห้องปฏิบัติการกลับเข้าไปสู่ห้องคนขับได้

๑.๒.๔ มีการติดตั้งกล้องบันทึกภาพภายในรถและการจราจร สามารถบันทึกภาพได้ตลอดระยะเวลาปฏิบัติภารกิจ

๑.๒.๕ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งและสามารถใช้การได้ดี

๑.๒.๖ มีการจัดสรรพื้นที่ในห้องปฏิบัติการให้สามารถทำการปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างสะดวก โดยต้องเป็นไปตามลักษณะอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(๑) มีเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่รองรับน้ำหนักทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม และมีเข็มขัดนิรภัยรัดผู้ป่วย ไม่น้อยกว่า ๓ จุด และสามารถปรับนั่งได้

(๒) มีฐานยึดเตียงที่มีความมั่นคง โดยมีระบบยึดตรึงที่หัวเตียงและปลายเตียงเพื่อป้องกันการลื่นไหล หรือการกระดกของเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

(๓) มีการจัดวางเตียง โดยมีความสูงจากพื้นเตียงของผู้ป่วยถึงด้านบนสุดของห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร และมีพื้นที่ว่างเป็นช่องทางเดินระหว่างเตียงผู้ป่วยกับที่นั่งผู้ปฏิบัติการ กรณีรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ต้องมีการปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จะต้องจัดให้มีพื้นที่ด้านหัวเตียงระหว่างขอบเตียงและขอบผนังกั้นส่วนของคนขับให้เพียงพอกับการปฏิบัติการดูแลระบบทางเดินหายใจจากด้านหัวเตียง

(๔) มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบและมีอุปกรณ์ยึดตรึงเพื่อป้องกันการหลุดร่วงจากที่จัดเก็บ

(๕) มีแหล่งจ่ายออกซิเจนจากถัง หรือจากระบบท่อนำจ่าย (Pipeline) กรณีที่เป็นแหล่งจ่ายออกซิเจนจากท่อนำจ่ายต้องมีผังระบบท่อนำจ่ายออกซิเจนด้วย

(๖) มีระบบไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างเพียงพอ สำหรับการปฏิบัติการแพทย์ และมีผังแสดงการเดินสายไฟฟ้าในส่วนของห้องปฏิบัติการ

(๗) มีเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด โดยมีมาตรฐาน มอก. สามารถดับเพลิง Class A B C ได้ สารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงต้องเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษหรือมีปฏิกิริยาเมื่อได้รับความร้อนจากไฟ

รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ใช้สำหรับปฏิบัติการแพทย์ขั้นเฉพาะทาง ของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง อาจกำหนดให้ห้องปฏิบัติการมีลักษณะอื่นที่สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจการรักษาของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางในแต่ละสาขาก็ได้

๑.๓ แสดงเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ของรถบริการการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ได้รับการรับรอง ดังนี้

๑.๓.๑ รถตู้

(๑) ด้านหน้ารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ก. ใต้กระจกหน้าติดแสดงตัวอักษรคำว่า "AMBULANCE" หรือ "รถพยาบาล" ด้วยสีน้ำเงิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร เพื่อให้รถที่ขับอยู่ด้านหน้ามองกระจกหลังสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ข. ด้านบนกระจกหน้า ติดชื่อหน่วยปฏิบัติการ ด้วยตัวอักษรสีขาว มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

(๒) ด้านหลังรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ใต้กระจกหลัง ติดชื่อหน่วยปฏิบัติการ ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

(๓) ด้านข้างรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งสองข้าง

ก. ประตูห้องคนขับ แสดงตราสัญลักษณ์หน่วยงานต้นสังกัด

ข. กลางตัวรถ แสดงชื่อหน่วยปฏิบัติการ ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงินขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

ค. ด้านบนมีข้อความ "อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669" และ "Emergency Medical Service call 1669" ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

ง. ด้านล่างมีข้อความ "รถฉุกเฉินได้รับอนุญาตแล้ว" และตามด้วยข้อความระบุชื่อจังหวัดซึ่งหน่วยปฏิบัติการนั้นตั้งอยู่ โดยเป็นตัวอักษรสีแดงมีขนาดความสูง ๑๐ เซนติเมตร อยู่บนพื้นสีขาว ซึ่งจะอยู่ในแถวเดียวกันหรือคนละแถวก็ได้

จ. ด้านท้าย แสดงตราสัญลักษณ์การได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๓๐ เซนติเมตร

(๔) ด้านล่างรอบตัวถังของรถ ติดแถบสะท้อนแสง สีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ เป็นรูปแบบตาราง หมากรุกสองแถว แต่ละช่องของตารางมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ x ๑๐ เซนติเมตร ดังนี้

ก. **รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสังกัดหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลเอกชน องค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและมีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาล ให้ติดแถบสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์สลับสีเขียว**

ข. **รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสังกัดบริษัทเอกชนที่ไม่ใช่สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ให้ติดแถบสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์สลับสีน้ำเงิน**

๑.๓.๒ รถกระบะ

(๑) ด้านหน้ารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ก. ใต้กระจกหน้าติดแสดงตัวอักษรคำว่า "AMBULANCE" หรือ "รถพยาบาล" ด้วยสีน้ำเงิน

ข. กระจกหน้าด้านบน ติดชื่อหน่วยปฏิบัติการ ด้วยตัวอักษรสีขาว ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

(๒) ด้านหลังรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ใต้กระจกหลังติดชื่อหน่วยปฏิบัติการ ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

(๓) ด้านข้างรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งสองข้าง

ก. ประตูรถห้องคนขับแสดงตราสัญลักษณ์หน่วยงานต้นสังกัด

ข. กลางตัวรถ แสดงชื่อหน่วยปฏิบัติการ ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

ค. ด้านบน แสดงข้อความ "อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669" และ "Emergency Medical Service call 1669" ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

ง. ด้านล่างมีข้อความ "รถฉุกเฉินได้รับอนุญาตแล้ว" และตามด้วยข้อความระบุชื่อจังหวัดซึ่งหน่วยปฏิบัติการนั้นตั้งอยู่ โดยเป็นตัวอักษรสีแดงมีขนาดความสูง ๑๐ เซนติเมตร อยู่บนพื้นสีขาว ซึ่งจะอยู่ในแถวเดียวกันหรือคนละแถวก็ได้

จ. ด้านท้าย แสดงตราสัญลักษณ์การได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๓๐ เซนติเมตร

(๔) ด้านล่างรอบตัวถังของรถ ติดแถบสะท้อนแสง สีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ เป็นรูปแบบตาราง หมากรุกสองแถว แต่ละช่องของตารางมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ x ๑๐ เซนติเมตร ดังนี้

ก. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสังกัดหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลเอกชน องค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและมีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาล ให้ติดแถบสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์สลับสีเขียว

ข. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสังกัดบริษัทเอกชนที่ไม่ใช่สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ให้ติดแถบสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์สลับสีน้ำเงิน

๑.๓.๓ รถบรรทุก

(๑) ด้านหน้ารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ก. ใต้กระจกติดแสดงตัวอักษรคำว่า "AMBULANCE" หรือ "รถพยาบาล" ด้วยสีน้ำเงิน ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อให้รถที่ขับอยู่ด้านหน้ามองกระจกหลังสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ข. กระจกหน้าด้านบน ติดชื่อหน่วยปฏิบัติการ ด้วยตัวอักษรสีขาว มีขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

(๒) ด้านหลังรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านบนติดชื่อหน่วยปฏิบัติการ ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน โดยขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

(๓) ด้านข้างรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งสองข้าง

ก. ประตูห้องคนขับ แสดงตราสัญลักษณ์หน่วยงานต้นสังกัด

ข. กลางตัวรถ แสดงชื่อหน่วยปฏิบัติการ ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร

ค. ด้านบน แสดงข้อความ "อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669" และ "Emergency Medical Service call 1669" ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

ง. ด้านล่าง มีข้อความ "รถฉุกเฉินได้รับอนุญาตแล้ว" และตามด้วยข้อความระบุชื่อจังหวัดซึ่งหน่วยปฏิบัติการนั้นตั้งอยู่ โดยเป็นตัวอักษรสีแดงมีขนาดความสูง ๑๐ เซนติเมตร อยู่บนพื้นสีขาว ซึ่งจะอยู่ในแถวเดียวกันหรือคนละแถวก็ได้

จ. ด้านท้าย แสดงตราสัญลักษณ์การได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๓๐ เซนติเมตร

(๔) ด้านล่างรอบตัวถังของรถ ติดแถบสะท้อนแสง สีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ เป็นรูปแบบตารางหมากรุกสองแถว แต่ละช่องของตารางมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ x ๑๐ เซนติเมตร ดังนี้

ก. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสังกัดหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลเอกชน องค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและมีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงสถานพยาบาลให้ติดแถบสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์สลับสีเขียว

ข. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสังกัดบริษัทเอกชนที่ไม่ใช่สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ให้ติดแถบสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์สลับสีน้ำเงิน

๑.๔ พาหนะสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศที่ยากลำบากในการลำเลียงหรือขนส่งเพื่อการปฏิบัติการฉุกเฉิน เป็นกรณีที่ไม่สามารถใช้รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีลักษณะตามกำหนดไว้ในข้อ ๗ ได้หน่วยปฏิบัติการนั้นอาจจัดให้มีพาหนะที่มีลักษณะอื่นเพื่อใช้ในการลำเลียงหรือขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเฉพาะเขตพื้นที่นั้นได้ โดยพาหนะดังกล่าวต้องมีลักษณะทั่วไปอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) มีโครงสร้างพาหนะมีความแข็งแรงมั่นคง สามารถรองรับน้ำหนักผู้โดยสารได้ โดยไม่ส่งผลกระทบการขับขี่

(๒) มีหลังคาที่สามารถกันแดดและฝนได้

(๓) มีพื้นที่สำหรับวางเตียงผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือวางกระดานยาวดามกระดูกสันหลัง (Long Spinal board) ได้ และติดตั้งบนฐานที่มั่นคงปลอดภัย

(๔) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบและมีกลไกยึดตรึงอุปกรณ์ป้องกันการหลุดล่วงได้

(๕) มีที่นั่งสำหรับผู้ปฏิบัติการในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่เหมาะสม

(๖) แสดงเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ของรถบริการการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามข้อ ๑.๓ ตามความเหมาะสมกับลักษณะของยานพาหนะ โดยอย่างน้อยจะต้องแสดงตราสัญลักษณ์การได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการและชื่อหน่วยปฏิบัติการ

๒. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประเภทไม่ลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นรถที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินอื่นที่ไม่ใช่การขนย้ายลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพาหนะสำหรับขนส่งแพทย์หรือผู้ปฏิบัติการ (Doctor car) หรือรถที่ใช้ลำเลียง ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งรถสนับสนุนการปฏิบัติการอำนวยการในการสื่อสาร ประสานงาน ประเมินคัดแยก ที่มีลักษณะเฉพาะและลักษณะด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้

๒.๑ รถยนต์สี่ล้อขึ้นไป

(๑) เป็นรถยนต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากโรงงานผู้ผลิตหรือบริษัทตัวแทนผู้จัดจำหน่าย และมีการจดทะเบียนถูกต้องตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก

(๒) มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งและสามารถใช้การได้ดี

(๓) มีเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด โดยมีมาตรฐาน มอก. สามารถดับเพลิง Class A B C ได้ สารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงต้องเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษหรือมีปฏิกิริยาเมื่อได้รับความร้อนจากไฟ

(๔) มีการกำหนดภารกิจของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินประเภทไม่ลำเลียงผู้ป่วยจากหน่วยปฏิบัติการ

(๕) แสดงเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ของรถบริการการการแพทย์ฉุกเฉิน เช่นเดียวกับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประเภทลำเลียงผู้ป่วย

(๖) ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบแสงแดง-น้ำเงิน โดยไฟสัญญาณวับวาบแสงแดงจะต้องอยู่ฝั่งขวาเหนือศรีษะของผู้ขับขี่แสงสีน้ำเงินอยู่ฝั่งซ้ายเหนือศีรษะของผู้ขับขี่ และเสียงสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยการติดตั้งดังกล่าว ต้องดำเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้อง ตามข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๒ รถจักรยานยนต์ (Motorlance)

ก. เป็นรถจักรยานยนต์ที่มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ซีซี หรือรถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

ข. จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ ในนามหน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคล

ค. มีหลักฐานการชำระภาษีประจำปี

ง. มีการทำประกันภัยภาคบังคับที่มีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ อยู่ ณ วันที่ขอรับรอง

จ. แสดงชื่อหน่วยปฏิบัติการ และตราสัญลักษณ์การได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการ ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ฉ. มีกล่องใส่เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์